



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.000.М.005001.10.25**

от **03 октября 2025 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.; ООО "ИНТ "ГЕОСПЕКТР"; г. Москва, ул. Обручева, д. 36, корпус 2, этаж 1, помещение №2112

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ГЕОСПЕКТР"
(ИНН:7728499420 , ОГРН:1207700082952)

Юридический адрес: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 36, к. 2, этаж 2, помеш. 2223

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.2802-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов" СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-31976-2 от 02.10.2025, Электронное заявление с ЕПГУ № 6197973913 от 02.10.2025; Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №77.01.16.000.М.004799.09.25 от 23.09.2025г.



Заключение действительно до **22.09.2030**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по г. Москве



№3753000



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.16.000.М.005001.10.25

03 октября 2025 г.

№

ОТ

Наименование организации: ООО «ИНТ ГЕОСПЕКТР»

Фактический адрес: г. Москва, ул. Обручева, д. 36, корпус 2, этаж 1, помещение № 2112

Проводятся работы: Эксплуатация источников ионизирующего излучения (закрытых, генерирующих)

Объект, используемый для осуществления работ:

В полевых условиях, в местах нахождения скважин, на объектах заказчика

Проводятся работы: Хранение источников ионизирующего излучения (закрытых, генерирующих)

Объект, используемый для осуществления работ:

Помещение № 2112 для хранения геофизического оборудования

Проводятся работы: Транспортирование источников ионизирующего излучения (генерирующих, закрытых)

Объект, используемый для осуществления работ:

- Подъемник каротажный самоходный (ПКС-5Э) №83 на шасси автомобиля КАМАЗ-43118, год выпуска 2015, регистрационный знак - У593ТС62, идентификационный номер (VIN) X8968331ZF0CU3016.
- Подъемник каротажный самоходный (ПКС-5Э) №71 на шасси автомобиля КАМАЗ-43118, год выпуска 2013, регистрационный знак - У378ТС62, идентификационный номер (VIN) X8969574DD0FB2016.
- Подъемник каротажный самоходный (ПКС-5Э) №72 на шасси автомобиля КАМАЗ-43118, год выпуска 2013, регистрационный знак - У335ТС62, идентификационный номер (VIN) X8969574DD0FB2017.
- Транспортирование осуществляется в транспортной упаковке **не выше I** транспортной категории

Используемые источники ионизирующего излучения:

- Генератор импульсного потока нейтронов ИНГ-08, зав. №55923560, год выпуска - 2020, производитель ФГУП "ВНИИА", поток нейтронов 1,0*10⁸ нейтр./с, с закрытым радионуклидным источником бета-излучения ГНТ2-30 с радионуклидом тритий, зав. №1883, активностью 370 ГБк, паспорт №Г77101/1883-24/155, производитель ФГУП "ВНИИА", дата выпуска - 27.06.2024 г., срок службы источника 6 лет, источник герметичный.

Ограничительные условия:

Минимальное время выдержки генератора ИНГ-08 после его выключения, необходимое для спада наведенной активности конструкционных материалов генератора до допустимого уровня, предусмотренного для персонала группы А, при продолжительности работы генератора 8 часов, составляет **не менее 2,5 часов.**



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

№0683815

